



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «МайлдМед» (ООО «МайлдМед»), Россия

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии,
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 07.11.2014г.,
ОГРН 5147746321410

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер),
127282, город Москва, Чермянский проезд, дом 7.
Телефон: +7(495)268-08-92.

адрес, телефон, факс)

в лице Управляющего-индивидуального предпринимателя Шевчука Сергея Алексеевича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые «Venovu» нестерильные:

- Перчатки латексные опудренные нестерильные смотровые, цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой,
размеры: XS, S, M, L, XL.

- Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые, цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой,
размеры: XS, S, M, L, XL.

- Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые, цвета: бирюзовый, синий, белый, голубой,
сиреневый, зеленый, размеры: XS, S, M, L, XL.

- Перчатки нитриловые опудренные нестерильные смотровые, цвета: бирюзовый, синий, белый, голубой,
сиреневый, зеленый, размеры: XS, S, M, L, XL.

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация,

Код ОК 005 (ОКП): 25 1460, Код ТН ВЭД России: 4015 19 000 0

(код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД России или ОК 002-93 (ОКУН),

Серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

выпускаемой изготовителем «ТГ МЕДИКАЛ Сдн. Бхд.», Малайзия, TG MEDICAL Sdn. Bhd.,
Lot 5091, Jalan Teratai, Batu 5, off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor D.E., Malaysia.

Место производства медицинского изделия:

Lot 5091, Jalan Teratai, Batu 5, off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor D.E., Malaysia

(наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес, телефон, факс)

соответствует требованиям ГОСТ Р 52239-2004 (Пп. 6.2, 6.3), ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011,
ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ ISO 10993-13-2011, ГОСТ Р 52770-2007

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих
требования для данной продукции (услуги))

Декларация принята на основании протокола испытаний № 1-С-439-16 от 14.11.2016г., Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью «Полимертест», рег. № РОСС RU.0001.21ХИ04 с 09.09.2014г.;
протокола о токсикологических испытаниях № РМИ-254-16 от 12.12.2016г., Испытательная лаборатория Общества
с ограниченной ответственностью «Полимертест», рег. № РОСС RU.0001.21ХИ04 с 09.09.2014г.

Регистрационного удостоверения на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения № ФСЗ 2012/12488 от 19.07.2012г.

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 27.12.2016г.

Декларация о соответствии действительна до 27.12.2019г.



(подпись)

С.А. Шевчук

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации «Инновационный центр
сертификации «СЕРТОС», рег. № RA.RU.11IM35 с 09.09.2015г.

109548, Россия, Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, офис 430

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

Дата регистрации 28.12.2016, регистрационный номер декларации РОСС МУ.ИМ35.Д01102

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)



(подпись, инициалы, фамилия Руководителя органа по сертификации)

М.В. Сафронов