

Приложение 1.

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ №2
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ -2020 год**

Педиатрическое отделение № 1

454047 г. Челябинск. Улица Мира, дом 34

№ п/п	Наименование ИМТ, оборудования.	Модель/марка. Заводской номер	№ государственной регистрации Минздравом России	Дата выпуска ИМТ, оборудования	Год установки в медицинском учреждении	Плановая периодичность технического обслуживания
1.	Стерилизатор воздушный	ГП-40-СПУ № 6313		02.2007	08.2007	ТО осуществляется специалистами по ремонту медицинской техники. Согласно эксплуатационной документации (паспорту) 1 раз в 3 месяца
2.	Аппарат для низкочастотной терапии	Амплипульс 5 № 13101		18.09.1992	1993	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
3.	Аппарат для ультразвуковой терапии	УЗТ-1.01Ф «МедТеКо» № 9655		10.2010	01.2011	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
4.	Аппарат для УВЧ терапии переносной	Ундатерм УВЧ-80-3 № 114302		18.02.1992	1993	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
5.	Аппарат для магнитотерапии	Градиент – 1		03.2004	30.07.2004	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования

		№ 513				безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
6.	Аппарат для гальванизации и электрофореза	Поток – 1 ГЭ-50-2 № 79918		09.1992	1992	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
7.	Аппарат для гальванизации и электрофореза	Поток 1 ГЭ-50-2 № 79749		09.1992	1992	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
8.	Аппарат для низкочастотной терапии	Амплипульс 5 Бр. № 5242010		10.2010	01-2011	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
9.	Аппарат для стимуляции и электротерапии	АСЭТ М-01/6- «Элэскулап – МедТеКо» № Э766		10.2010	01-2011	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
10.	Аппарат магнито-терапевтический	АЛМАГ-02 № 00120		01.2011	15.06.2011	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
11.	Облучатель	ТУБУС УГН-1 № 85428		12.1992	1993	ТО осуществляется специалистами по ремонту медицинской техники. Согласно эксплуатационной документации (паспорту) 1 раз в 6 месяцев
12.						

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ №2**

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ -2020 год

Педиатрическое отделение № 2

454047 г.Челябинск. Улица Первого Спутника, дом 13

№ п/п	Наименование ИМТ, оборудования.	Модель/марка. Заводской номер	№ государственной регистрации Минздравом России	Дата выпуска ИМТ, оборудования	Год установки в медицинском учреждении	Плановая периодичность технического обслуживания
1.	Аппарат для низкочастотной терапии	Амплипульс 5 № 10844		1992	1992	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
2.	Аппарат для низкочастотной терапии	Амплипульс 5 № 470		2004	12.2004	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
3.	Аппарат для терапии электросном	ЭС-10-5 № 3157		1993	1993	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
4..	Аппарат для фототерапии облучатель инфракрасный	ОУФну № 2061		05.2004	22.09.04	ТО осуществляется специалистами по ремонту медицинской техники. Согласно эксплуатационной документации (паспорту) 1 раз в 6 месяцев

5.	Аппарат для низкочастотной магнитной терапии	Магнитер АМТ-02 № 04030-09		2009	15.04.2010	ТО осуществляется специалистами по ремонту медицинской техники. Согласно эксплуатационной документации (паспорту) 1 раз в 6 месяцев
6.	Аппарат для гальванизации и электрофореза	Поток-1 ГЭ-50-2 № 27463		1978		Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
7.	Аппарат для гальванизации и электрофореза	Поток-1 № 119153		10.2010	01.2011	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
8.	Аппарат для гальванизации и электрофореза	Поток-1 № 119166		10.2010	01.2011	Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. С 01.06.1987 г. Не реже 1 раза в 2 недели
9.	Стерилизатор воздушный	ГП-40-СПУ № 6341		02.2007	08.2007	ТО осуществляется специалистами по ремонту медицинской техники. Согласно эксплуатационной документации (паспорту) 1 раз в 3 месяца